

校准证书
Calibration Certificate中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5138

证书编号

Z20253-J198989

Certificate No.

第 1 页 共 3 页

Page of

客户名称

四川华飞安和建设有限公司

Client Name

地址

成都市双流区怡心街道骑龙社区剑南大道南段1166号1栋8层2号

Address

仪器名称

变频串联谐振耐压试验装置

Description

型号/规格

UHV-1500kVA/500kV

Model/Type

制造厂商

武汉特高压电力科技有限公司

Manufacturer

出厂编号

2510050

Serial Number

管理编号

/

Management No.

接收日期

2025 年 10 月 22 日

Date of Receipt

Year Month Day

校准日期

2025 年 10 月 22 日

Calibration Date

Year Month Day

建议下次校准日期

2026 年 10 月 21 日

Due Date

Year Month Day

发布日期

2025 年 10 月 23 日

Issue Date

Year Month Day



发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

批准:

Approved by

冯周

(科室主任)

检验:

Inspected by

张艳艳

校准:

Calibrated by

崔良雷

地址: 广东省深圳市龙岗区锦龙大道2号

Add: No. 2, Jinlong Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

电话(Tel): 0755-84815081

邮编(Post Code): 518116

网址(Web): <http://www.tiansu.org>邮箱(E-mail): zskf@tiansu.org

校准结果

Results of Calibration



证书编号
Certificate No. Z20253-J198989

第 3 页 共 3 页
Page of

1. 外观及工作性能检查:

(Appearance & Working Performance Check)

符合(Pass)

2. 交流电压:

AC Voltage

示值 Indication	实际值 Actual Value	误差 Error
25kV	25.06kV	-0.24%
50kV	50.12kV	-0.24%
75kV	75.20kV	-0.27%
100kV	100.33kV	-0.33%
150kV	150.47kV	-0.31%
200kV	200.55kV	-0.27%
300kV	300.84kV	-0.28%
400kV	400.82kV	-0.20%
500kV	500.81kV	-0.16%

说明:本次测量结果的扩展不确定度为:

(The Expanded Uncertainty of the Measurement Result Is)

电压: $U_{rel}=1.3\%$ $k=2$

(依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示)

(According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

-----以下空白(Blank below)-----